

DESTINATAIRES :	Le personnel soignant, les gestionnaires et les médecins des centres hospitaliers et centres d'hébergement
EXPÉDITEURS :	Dr Alexis Danylo, microbiologiste-infectiologue Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officier de la prévention et contrôle des infections
DATE :	Le 31 mars 2020 (mise à jour le 18 avril 2020)
OBJET :	<b>Interprétation des résultats de dépistage de la COVID-19</b>

---

Le laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) effectue maintenant les analyses pour le dépistage de la COVID-19. Des validations effectuées auprès du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ont permis de constater la validité des résultats produits.

Voici les types de résultats produits, comment les interpréter ainsi que les lignes de conduite au niveau des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) :

- **Résultat positif** : L'utilisateur est atteint de la COVID-19, les mesures d'isolement doivent donc être maintenues et l'utilisateur doit être transféré selon le document qui se trouve à l'endroit suivant :
  - [COVID-19 > Employés > Consignes secteurs cliniques > Hôpitaux](#) > Hospitalisation > Admissions et transferts > Aide-mémoire | Mesures de prévention et contrôle des infections en lien avec les IMGA au CHAUR, à l'HSC, à l'HCM, à l'HDA et au CMSSS du Haut-St-Maurice (excluant le CHSLD)
- **Résultat équivoque** : Ce résultat peut signifier un problème au niveau de l'interprétation ou de l'analyse. Il faut donc maintenir les mesures d'isolement en place, mais attendre avant le transfert dans une unité dédiée COVID-19. Il peut être accompagné de l'un ou l'autre des messages suivants :
  - Envoyer au LSPQ pour confirmation du résultat;
  - Un deuxième échantillon prélevé deux à trois jours après le spécimen initial est nécessaire.
- **Résultat négatif** : Le résultat est négatif et les mesures d'isolement peuvent être levées à moins d'avis contraire du médecin.

Au bas du rapport de laboratoire, vous verrez également une note indiquant que le test est fait à l'aide d'une trousse non homologuée. Nous désirons vous rassurer que le test a tout de même subi une validation rigoureuse et que sa performance est surveillée étroitement.