

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins

EXPÉDITEURS : Karl Duguay, directeur adjoint à la logistique
Miriam Verville, coordonnatrice de la biologie médicale

DATE : Le 3 mai 2022 (remplace la note du 30 décembre 2021)

OBJET : **Modification dans les modalités de commande du matériel pour les analyses de la COVID-19 par gargarisme ou nasopharyngé dans les secteurs ou unités du CIUSSS MCQ**

Le processus de commande pour le matériel nécessaire au dépistage de la COVID-19 a été revu et, dès maintenant, le matériel sera fourni par le Service des approvisionnements de vos installations. Il n'y aura plus de matériel à commander au laboratoire de votre réseau local de services (RLS).

Comment se procurer le matériel ?

Le matériel pour effectuer les prélèvements par gargarisme ou nasopharyngé est disponible et doit être commandé par le service demandeur via Magistra :

Gargarisme :

Produits	Quantité	# Magistra
Bouteille eau de source*	Caisse de 24 bouteilles	1000-03-0002
Gobelets de plastique 30 mL	Sac de 100	2058-00-0018
Pipette transfert en plastique	Boite de 500	5015-00-0085
Tube de plastique (cryovial)	Sac de 100	5015-00-0112

*Il est important de considérer que seule l'eau naturelle des masques « ESKA et Naya » est permise pour le prélèvement par gargarisme, car les études ont été réalisées avec celle-ci. Leur approvisionnement doit toujours se faire via Magistra avec le numéro de produit associé et veuillez noter que ce produit est en achat direct et vous sera donc livré uniquement lorsqu'il sera reçu du fournisseur. Cette eau ne peut pas être substituée par une autre marque sans l'accord explicite d'un microbiologiste infectiologue.

Nasopharyngé :

Produits	Quantité	# Magistra
Tube eau moléculaire (PAMA)	Sac de 100	5001-13-0196
Écouvillons floqués	Sac de 100	5000-03-0014

Comment procéder au prélèvement par gargarisme?

Se référer aux outils suivants, disponibles dans la section [Prélèvements et dépistages](#) dans la section COVID-19-Employés.

- Aide-mémoire : Prélèvement par gargarisme (SARS-CoV-2) - Dépistage entre pairs ou auprès de la clientèle visée
- Questions-Réponses | Dépistage par gargarisme
- Capsule vidéo : Dépistage de la COVID-19 par gargarisme

Une fois prélevé, l'échantillon peut être mis dans le même sac que les spécimens nasopharyngés (10 spécimens par sac) et mis dans la boîte de catégorie B afin d'être envoyé au laboratoire.

N.B. Le prélèvement doit être enregistré dans le système informatique MediClinic et les étiquettes doivent être imprimées et apposées sur le tube. L'employé doit aussi s'assurer de la conformité de la requête et du prélèvement selon les règles établies :

- Double identification sur le tube et la requête (nom-prénom-RAMQ ou numéro de dossier)
- Date, heure et initiales du préleveur sur le prélèvement

Pour plus de renseignements, vous êtes invité à communiquer avec la conseillère cadre attirée à votre continuum de soins.